

基本型式 定格容量 ケーブル
接続形状 ケーブル長さ

① ② ③ ④

④	ケーブル 長さ	3 m	3 m(標準) その他の長さ ※5m・10m・その他の長さをご希望時は、弊社まで別途お問合せください。
		□ m	

ケーブル配線(*特殊ケーブル等を使用の場合、一部配線色が変更となる事があります。)

*S (ケーブル直出し) タイプ

センサブリッジ 配線色

A (赤) +入力
B (白) -出力
C (黒) -入力
D (緑) +出力
E シールド

*無記入 (標準コネクタ) ・W (防止コネクタ) タイプ

センサブリッジ 配線色 コネクタ接続図

A (赤) +入力
B (白) -出力
C (黒) -入力
D (緑) +出力
E シールド

VAR (G) 3-() N

7Pコネクタレセプタクル
PRC03-21A10-7F

7Pコネクタプラグ
PRC03-12A10-7M

70
15 10 33 12

HEX. 27
(31.2)

R3/8
又は
G3/8

4 3 2

※本図はR3/8仕様

Ø30

(50)

Ø20

1

VAR (G) 3-() W

75

15 10 30 10 10

HEX. 27

(31.2)

R3/8
又は
G3/8

※本図はR3/8仕様

7P防水コネクタレセプタクル
1108-23A10-7F

30

7P防水コネクタプラグ
1108-12A10-7M

21

(52)

参

参 考 図

VAR(G)3-()S

(87)

15 10 45 (17)

HEX. 27

(31.2)

R3/8
又は
G3/8

※本図はG3/8仕様

0リング (JIS4種-DP20)

1

2

3

4

HEX. 22

Ø30

ゴムスリーブ
(ブチルゴム)

ケーブルコネクタ (SCロック)

(ポリプロピレン樹脂)

符号 REV.	改訂日 REV. DATE	改訂内容 REVISION	担当 ENG	検図 CHK	承認 APP	第三角法 THIRD ANGLE PROJECTION	単位 UNIT	品名 TITLE
1	21.12.09	ECN No. G1N-0694 ケース材質修正	原谷	谷		R 度 SCALE 1:2	シートサイズ SHEET SIZE A3	圧力センサ
						作成日 DATE 2018.08.30		型式 MODEL
						製図 DRAWN	設計 DESIGNER	VAR(G) 3- (**) (*)
						検図 CHECKED	承認 APPROVED	図面番号 DWG NO.
						松本	谷	PS-6013-00-S1
								改訂符号 REV
								1


 株式会社バルコム
 VALCOM CO., LTD.